



ДУБЛИКАТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.27.004.A № 46016

Срок действия до 10 апреля 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Толщиномеры ультразвуковые УТ907

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный Центр
Физприбор" (ООО "ИЦ Физприбор"), г. Екатеринбург

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 49515-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
48.5883.001.01.000 РЭ, раздел 6

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 10 апреля 2012 г. № 215

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



..... 2017 г.

Серия СИ

№ 028450

Срок действия до 10 марта 2022 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **10 марта 2017 г. № 504**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С. Голубев

..... 2017 г.